

泌尿外科一次性使用微创扩张引流套件采购要求

一、功能需求和技术要求

1、功能及用途：主要供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张建立通道时使用。

2.结构：产品由扩张管、套管、超硬涂层导丝、穿刺针和 Foley 管组成。

3.材料：扩张管为不透 X 射线的 PE 材料制成；套管由聚四氟乙烯 (PTFE) 制成；穿刺针由奥氏体不锈钢制成；超硬涂层导丝由奥氏体不锈钢和 PTFE 涂层制成，导丝护套由 PE 制成；Foley 管由硅橡胶制成。

4.扩张管尖端有锋利型/钝型可选；

5.导引针有菱口针/斜口针可选；

6.具有负压功能。

7、型号齐全，可供临床选择使用。

二、商务需求 *包含 16F、18F、20F。 邵蓉蓉 2025.8.12*

1、能收费耗材根据《重庆市医疗保障局办公室关于印发开展医保医用耗材库国家编码从 20 位标准向 27 位标准过渡的实施方案的通知》，所投耗材要求必须保证其 27 位国家编码在重庆医保库入库完成，若正在申请的需提交在医院端完成申报工作的完整佐证材料，且在重庆市医疗保障局要求的时间内完成 27 位国家编码重庆医保库入库，否则终止合同。若重庆市医保局政策变化，以最新政策要求为准。商家提交虚假重庆库 27 位国家编码的一经发现则终止合同并打入黑名单。

2、合同约定线上采购的耗材，被重庆药品和耗材招采管理系统暂停网采超过 2 个月未恢复的，医院可重新招标，重新招标后与原供货单位解除购销合同。

3、合同期内不得随意更换供货单位。

4、到货期：3 个工作日内，遇到特殊情况需随时送货。

审核人员（签字）：邵蓉蓉



2025 年 5 月 6 日

